Программа «ГАЛТЕСТ»

Предназначена для работы с выпускаемыми ЗАО «ГАЛУС» измерителями концентрации газов. Программа позволяет:

- считывать из измерителя параметры его конфигурации и отображать их на экране компьютера;
- сохранять параметры конфигурации измерителя в текстовый файл или копировать их в буфер обмена;
- устанавливать новые значения параметров конфигурации измерителя, доступ к изменению которых разрешен пользователю;
- считывать из измерителя и просматривать статистические данные по измерениям, самодиагностике, аварийным и оперативным событиям (далее статистические данные);
- сохранять считанные из измерителя статистические данные в файл, копировать их в буфер обмена, выводить на печать или выгружать в программу "Microsoft Excel".

На рисунке показана одна из форм программы:



Основные требования, предъявляемые к персональному компьютеру, для работы с программой «ГАЛТЕСТ:

Операционная система	Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP
Минимальное разрешение экрана	800x600
Рекомендуемое разрешение экрана	1024x768
Процессор	не ниже Pentium 166 МГц
Оперативная память	не менее 64 Мб

Свободное пространство на жестком диске не менее 10 Мб
Наличие свободного последовательного СОМ-порта